



Sugestão de esquema com preocupação pela qualidade de registro elétrico e distâncias sugeridas.



O desenho do esquema de colocação de estimulador durante a conexão com sistemas de EMG digitais fabricados pela **Neurosoft**.



O desenho do esquema de colocação de estimulador durante a conexão com sistemas de EMG digitais produzidos por outros fabricantes.

As seguintes abreviaturas que são usadas nas figuras:

- EMG – unidade eletrônica do sistema de EMG digital;
- C – cadeira do paciente;
- M – monitor;
- MS – estimulador magnético;
- P – impressora;